FICHE TECHNIQUE

Piège à polypes eTrap™ polyp trap

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Piège à polypes eTrap™ polyp trap

Le piège à polypes eTrap™ se branche sur l'endoscope et permet de collecter plusieurs polypes sans interrompre l'aspiration en alternant les tiroirs (2 tiroirs disponibles).

- Loupe supérieure pour visualiser des petits polypes
- Graduation millimétrique intégrée



Références	Caractéristiques techniques
US/00711099	Piège à polypes livré avec 2 tiroirs

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **25**
Type d'emballage individuel : **Sachet**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :
Ce dispositif n'est pas en contact avec le patient

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	☑Oui	❑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non

Stérilité :

Stérile :	❑Oui ☑Non
Mode de stérilisation :	Aucun
Nombre d'utilisations :	Usage Unique

Conservation :

Conditions de conservation:	Température ambiante contrôlée (15-25°C) Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption :	3 ans

Autres données :

Classement GMDN :	Non disponible
Présence d'un code barre :	☑Oui ❑Non
Référentiel utilisé :	☑HIBC ❑GS1-128

Avec les informations :

Référence :	☑Oui	❑Non
N° de lot :	☑Oui	❑Non
Date de péremption :	☑Oui	❑Non

Utilisation :
Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant :	US Endoscopy
Pays :	Etats-Unis

Marquage CE
Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086
Selon la directive Européenne 93/42/CEE
Produit de classe II a, selon la règle 2